



- Mętność
- Rozpuszczony Węgiel Organiczny
- Barwa
- Ozon
- Środek Dezynfekujący
- Śladowe Ilości Oleju
- pH, Przewodność, Potencjał Redox, Tlen Rozpuszczony

AquaScat	1	Mętność Wody Surowej
ColorPlus UV	2	Rozpuszczony Węgiel Organiczny w Wodzie Surowej
ColorPlus VIS	3	Barwa Wody Surowej
OilGuard	4	Śladowe Ilości Oleju (Węglowodorów) w Wodzie Surowej
AquaScat	5	Kontrola Mętności po Sedymentacji
ColorPlus UV	6	Rozpuszczony Węgiel Organiczny po Sedymentacji
ColorPlus VIS	7	Barwa Wody po Sedymentacji
AquaScat	8	Mętność po Filtracji Pospiesznej
AquaScat	9	Mętność po Płukaniu Filtrów
AquaScat	10	Mętność przed Ultrafiltracją lub Filtracją Membranową
AquaScat	11	Mętność po Ultrafiltracji lub Filtracji Membranowej
AquaScat	12	Mętność po Filtrze Piaskowym
AquaScat	13	Mętność po Płukaniu Filtrów
ColorPlus Ozon	14	Monitoring Generatora Ozonu
ColorPlus Ozon	15	Ozon / Tlen w Powietrzu
ColorPlus UV	16	Rozpuszczony Węgiel Organiczny po Filtracji Węgłem Aktywnym
AquaScat	17	Mętność przed Dezynfekcją
ColorPlus VIS	18	Stężenie Dیتlenku Chloru
AquaScat	19	Mętność Wody Czystej
ColorPlus UV	20	Rozpuszczony Węgiel Organiczny w Wodzie Czystej
Polilyte Plus ARC	21	pH Wody Surowej / Czystej
Conducell 4USF ARC	22	Przewodność Wody Surowej / Czystej
Polilyte Plus ORP ARC	23	Potencjał REDOX Wody Surowej / Czystej
Visiferm DO ARC	24	Tlen Rozpuszczony w Wodzie Surowej / Czystej
AquaDMS	25	Stężenie Dیتlenku Chloru, Wolnego Chloru, Nadtlenku Wodoru, Ozonu