



  Torbidità  
   DOC  
   Colore  
   Ozono  
   Disinfettante  
   Olio  
   pH, Conduttività, Redox, Ossigeno disciolto

AquaScat	1	Torbidità in Acqua Grezza
ColorPlus UV	2	DOC (Assorbimento UV) in Acqua Grezza
ColorPlus VIS	3	Colore (Hazen) in Acqua Grezza
OilGuard	4	Olio (HC) in Acqua Grezza
AquaScat	5	Torbidità per Dosaggio Flocculante
ColorPlus UV	6	DOC (Assorbimento UV) in Acqua Grezza
ColorPlus VIS	7	Colore (Hazen) in Acqua Grezza
AquaScat	8	Torbidità dopo Filtraggio Rapido
AquaScat	9	Torbidità dopo Back Washing
AquaScat	10	Torbidità prima Filtro Membrana
AquaScat	11	Torbidità dopo Filtro Membrana
AquaScat	12	Torbidità dopo Filtro Sabbia
AquaScat	13	Torbidità dopo Back Washing
ColorPlus Ozon	14	Monitoraggio Generatore Ozono
ColorPlus Ozon	15	Ozono nell'Aria
ColorPlus UV	16	DOC (Assorbimento UV) dopo Filtro Carboni Attivi
AquaScat	17	Torbidità prima Disinfezione
ColorPlus VIS	18	Concentrazione di ClO <sub>2</sub>
AquaScat	19	Torbidità Prodotto Finito
ColorPlus UV	20	DOC (Assorbimento UV) Prodotto Finito
Polilyte Plus ARC	21	pH in Acqua Grezza / Prodotto Finito
Conducell 4USF ARC	22	Conduttività in Acqua Grezza / Prodotto Finito
Polilyte Plus ORP ARC	23	Potenziale Redox in Acqua Grezza / Prodotto Finito
Visiform DO ARC	24	Ossigeno disciolto in Acqua Grezza / Prodotto Finito
AquaDMS	25	Concentrazione di Cloro Libero, Diossido di Cloro (ClO <sub>2</sub> ) e Ozono (O <sub>3</sub> ) in Acqua